DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-19520-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Gültigkeitsdauer: 19.06.2014 bis 18.06.2019 Ausstellungsdatum: 23.06.2014

Urkundeninhaber:

Waagen-Jöhnk KG
Wegkamp 14, 24589 Dätgen

Leiter: Wolf Jöhnk
Stellvertreter: Nikolai Herrmann

Akkreditiert als Kalibrierlaboratorium seit: 27.05.2004

Kalibrierungen in den Bereichen:

Mechanische Messgrößen

- Waagen

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	kleinste angebbare Messunsicherheit [1)]	Bemerkungen
Waagen Kalibrierung von nichtselbsttätigen elektronischen Waagen	bis 3,5 g	EURAMET cg-18 Version 3.0 Kalibrierung am Aufstellungsort und außerhalb des Aufstellungsortes	$3{,}6 \cdot 10^{-6}$	mit Gewichtstücken der Klasse E1
	bis 500 g		$1{,}0 \cdot 10^{-6}$	mit Gewichtstücken der Klasse E2
	bis 35 kg		$6{,}0 \cdot 10^{-6}$	mit Gewichtstücken der Klasse F1
	bis 3000 kg		$60 \cdot 10^{-6}$	mit Gewichtstücken der Klasse M1

verwendete Abkürzungen:

EURAMET European Association of National Metrology Institutes

[1)] Die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach DAkkS-DKD-3 (EA-4/02) festgelegt. Diese sind erweiterte Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor $k = 2$. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.